



Ref. Certif. No.

DE 3 - 40384

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**
CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
ProduitGeneral Medical Devices
Active therapeutic device for Matrix Rhythm TherapyName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMaRhyThe - Systems GmbH & Co. KG
Industrie Str. 29
82194 Gröbenzell/München, GERMANYName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantMaRhyThe - Systems GmbH & Co. KG, Industrie Str. 29, 82194
Gröbenzell/München, GERMANYName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineMaRhyThe - Systems GmbH & Co. KG, Industrie Str. 29, 82194
Gröbenzell/München, GERMANYRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesRated voltage: 230 VAC
Input power: 35 VA
Input frequency: 50/60 Hz
Protection class: I
Type: BTrade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

MaRhyThe® - Matrix-Rhythm-Therapy

Model/type Ref.
Ref. de typeMatrixmobil® MaRhyThe® Applikator & Steuergerät
G1 - XX.XXX, A1 - XX.XXX, A2 - XX.XXXAdditional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Cl. 11.7, Biocompatibility and cl. 17 EMC are excluded.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60601-1(ed.3);am1
IEC 60601-1-6(ed.3);am1
IEC 62366(ed.1);am1as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

713002532

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Date, 2015-08-26
CB 15 08 35504 008

Stefan Reis



Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München